

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Đầu đo SPO2 cho máy Nellcor - Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan báo giá:
 - Đ/c Trịnh Thị Huyền – Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng
 - SĐT: 0988.669.291
 - Email: dauthaumuasam.bvdp@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ tài chính theo thư mời.
 - Đơn vị gửi bản cứng về địa chỉ: Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Số 2, đường Tân Hội, xã Đan Phượng, Hà Nội
 - Đồng thời gửi qua email: dauthaumuasam.bvdp@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2026 đến trước 17 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục công cụ, dụng cụ: Danh mục Mua sắm Đầu đo SPO2 cho máy Nellcor - Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (chi tiết theo danh mục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Phòng vật tư

thiết bị y tế- Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

3. Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thỏa thuận.

5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.



Quách Duy Kỳ



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯỢNG

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cảm biến đo SPO2 dùng 1 lần	Cái	300	- Sensor đo độ bão hòa oxy tương thích với máy Nellcor - Dùng cho trẻ sơ sinh	

