

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Tủ đông gói dụng cụ tiệt trùng cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan báo giá:

- Đ/c Trịnh Thị Huyền – Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng
- SĐT: 0988.669.291
- Email: dauthaumuasam.bvdp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ tài chính theo thư mời.

- Đơn vị gửi bản cứng về địa chỉ: Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Số 2, đường Tân Hội, xã Đan Phượng, Hà Nội

- Đồng thời gửi qua email: dauthaumuasam.bvdp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2026 đến trước 17 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục công cụ, dụng cụ: Danh mục Mua sắm Tủ đông gói dụng cụ tiệt trùng



cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (chi tiết theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Phòng vật tư thiết bị y tế- Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

3. Thời gian giao hàng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thoả thuận

5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.

GIÁM ĐỐC ✓



★Quách Duy Kỳ



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÀN PHƯỢNG

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Túi ép dẹt kích thước 300mmx200m	Cuộn	25	- Túi dùng để đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước, có chỉ thị kèm theo với tiệt trùng bằng hơi nước - Gồm 2 lớp: + Mặt trên : Giấy y tế : trọng lượng 60gsm $\pm$ 5+ . Hàm lượng Sulfat: 0,064% , hàm lượng clorua là 0,0089% +Mặt dưới : Tẩm film xanh trong suốt : Độ dày : 52um $\pm$ 5% (được làm bằng 12um PET + 40um CPP hoặc không rách CPP), độ bóng 114.3%, Độ mờ 4.99%. - Kích thước 300mm x 200m	
2	Túi ép dẹt kích thước 400mmx200m	Cuộn	30	-- Túi dùng để đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước, có chỉ thị kèm theo với tiệt trùng bằng hơi nước - Gồm 2 lớp: + Mặt trên : Giấy y tế : trọng lượng 60gsm $\pm$ 5+ . Hàm lượng Sulfat: 0,064% , hàm lượng clorua là 0,0089% +Mặt dưới : Tẩm film xanh trong suốt : Độ dày : 52um $\pm$ 5% (được làm bằng 12um PET + 40um CPP hoặc không rách CPP), độ bóng 114.3%, Độ mờ 4.99%. - Kích thước 400mm x 200m	
3	Ruy băng mực in	Cái	02	-Dùng tương thích với máy hàn túi PK 100-CC -Ruy băng mực: Màu đen -Chất liệu màng film: Polyrthylene	