

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phương tiện Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Đ/c Trịnh Thị Huyền – Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng
  - SĐT: 0988.669.291
  - Email: [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Số 2, đường Tân Hội, xã Đan Phượng, Hà Nội
  - *Đồng thời gửi qua email:* [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2025 đến trước 17 giờ, ngày 02 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2026.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục công cụ, dụng cụ: Danh mục mua sắm phương tiện Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (*chi tiết theo danh mục đính kèm*)
- Địa điểm cung cấp: Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Phòng vật tư thiết bị y tế- Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

3. Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.
5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.



**GIÁM ĐỐC**

**Quách Duy Kỳ**



SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯỢNG

**DANH MỤC CHI TIẾT**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bồn rửa và ngâm dụng cụ	Cái	01	<b>1. Bồn rửa dụng cụ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước tổng thể ( DxRx C ): 2200 x 700 x 850 mm ( ± 10% )</li><li>- Kích thước bồn ngâm ( DxRx C ): 500 x 500 x 300 mm / bồn ( ± 10% )</li><li>- Chất liệu : Inox 304</li><li>- Độ dày 1mm</li><li>- Có 1 tầng giá phụ cách sàn khoảng 100mm</li><li>- Súng rửa có 8 đầu rửa tháo rời để dùng để rửa các dụng cụ rộng nông, catheter</li><li>- Có nắp đậy hồ chậu để ngăn ngừa mùi hóa chất khếch tán vào môi trường làm việc</li><li>- Vòi tráng cao 1000mm với vòi rửa dạng phun sen dây mềm treo lò xo , có thể linh hoạt đưa đến tất cả các vị trí của chậu rửa</li><li>- Van xả đáy inox 304 đúc , có cần gạt tay</li></ul> <b>2. Bàn inox</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước : 1000 x 700 x 850</li><li>- Chất liệu : Inox 304</li><li>- Độ dày : 1mm</li><li>- Mặt bàn có tầng cứng bằng gỗ chống nước</li><li>- Chân bàn tầng chính tiện CNC</li><li>- Có tầng giá phụ</li></ul>	



2	Máy dán túi	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy dùng để đóng gói tiệt trùng cho tất cả các dụng cụ y tế trong bệnh viện</li> <li>- Các mục in: Dữ liệu khử trùng, ngày hết hạn, số lô, người vận hành, thời gian, ID thiết bị</li> <li>- Chiều rộng của túi cần thiết để in: 75 mm ( hẹp ), 106 mm ( bình thường ), 140 mm ( mở rộng )</li> <li>- Tốc độ giấy: 10m / phút</li> <li>- Nhiệt độ làm việc: 60 - 210 độ C</li> <li>- Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ <math>\leq 1\%</math></li> <li>- Dòng điện tối đa: 3,2 A</li> <li>- Cầu chì: 5A x 2</li> <li>- Trọng lượng: 18 Kg</li> <li>- Áp suất khí quyển: 50Kpa – 106Kpa</li> <li>- Kết nối dây dẫn nguồn điện và bật nguồn ( có một âm cảnh báo cho biết khả năng khởi động bình thường).</li> </ul>	
---	-------------	-----	----	---	--