

Hà Nội, ngày 6 tháng 02 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Nguyễn Đức Tú - KTV.Vật tư TBYS, Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

- SĐT: 0917282096

- Email: [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:.

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng, Thị Trấn Phùng Huyện Đan Phượng, Hà Nội

- *Nhận qua email:* [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 6 tháng 02 năm 2025 đến trước 17 giờ, ngày 16 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2025.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu: Sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị của Bệnh

viện đa khoa huyện Đan Phượng (chi tiết theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm sửa chữa, thay thế; Các yêu cầu về vận chuyển, sửa chữa, thay thế, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

3. Thời gian sửa chữa, thay thế dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

6. Bảo hành  $\geq$  6 tháng; Hàng mới 100%; Linh kiện tương thích với thiết bị của bệnh viện; Sau sửa chữa, thay thế thiết bị hoạt động tốt đáp ứng với các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.

GIÁM ĐỐC



Quách Duy Kỳ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

DANH MỤC CHI TIẾT

( Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 2 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng )

| STT | Danh mục dịch vụ   | Mô tả dịch vụ  | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ         | Dự kiến hoàn thành dịch |
|-----|--|--|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)        | (5)         | (6)                                | (7)                     |
| 1   | Máy thở Vela ( Lần 2 )<br>Model: 16532-07  | - Bộ trộn khí bị hỏng.<br>- Phần nhựa bên trong bị nứt, vỡ<br>- Đề nghị kiểm tra trực tiếp.                      | 01         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | 30 ngày                 |
| 2   | Máy thở Drager ( Lần 2 )<br>Model: 8414000-21  | - Máy báo lỗi khi khởi động, đôi khi máy đang chạy thì sập nguồn.<br>- Đề nghị kiểm tra trực tiếp.               | 01         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | 30 ngày                 |
| 3   | Máy siêu âm đa chức năng ( Lần 2 )<br>Model: LOGIQ F8 EXPERT   | - Bảo dưỡng máy siêu âm.<br>- Thay thế đầu dò convex.<br>- Thay thế đầu dò tim.<br>- Đề nghị kiểm tra trực tiếp. | 01         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | 30 ngày                 |
| 4   | Máy nội soi dạ dày đại tràng có chẩn đoán ung thư sớm và can thiệp cắt đốt ( Lần 2 )<br>Model: Pentax EPK-3000 | - Dây đại tràng tối, ánh sáng qua dây đại tràng kém.<br>- Lỗi bộ vi xử lý hình ảnh.                              | 01         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | 30 ngày                 |
| 5   | Máy điện tim 6 cần<br>Model: ECG-1250K   | - Máy không in được.<br>- Máy không đo được chỉ số aVL.  | 02         | Máy         | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | 30 ngày                 |

VIỆT  
KHOA  
ĐAN PHƯỢNG

|   |  |   |    |     |   |         |
|---|--|---|----|-----|---|---------|
| 6 | Máy nội soi Tai mũi họng<br>Model : MP-250 | - Màn hình rung giật, không<br>nhìn thấy hình ảnh nội soi | 01 | Máy | Bệnh viện<br>đa khoa<br>huyện Đan<br>Phượng | 30 ngày |
|---|--|---|----|-----|---|---------|

