

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Dây nội soi dạ dày EG-290Kp của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Nguyễn Đức Tú - KTV.Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng
 - SĐT: 0917282096
 - Email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Văn thư - tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, số 2 đường Tân hội - xã Đan Phượng, Hà Nội
 - *Đồng thời gửi qua email:* vanbanphongvattubvdp@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2026.


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ yêu cầu: Sửa chữa Dây nội soi dạ dày EG-290Kp của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (*chi tiết theo danh mục đính kèm*)
- Địa điểm sửa chữa: Các yêu cầu về vận chuyển, sửa chữa, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

3. Thời gian sửa chữa dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.
5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
6. Bảo hành \geq 3 tháng; Hàng mới 100%; Linh kiện tương thích với thiết bị của bệnh viện; Sau sửa chữa thiết bị hoạt động tốt đáp ứng với các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.

GIÁM ĐỐC ✓

Quách Duy Kỳ



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯỢNG

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10. tháng 4. năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dây nội soi dạ dày (EG-290Kp) – Hệ thống nội soi Dạ dày đại tràng Model: EPK300 Hãng: Pen tax Nước: Nhật Bản	-Phát hiện rò rỉ ở ống kênh sinh thiết. - Đề nghị kiểm tra trực tiếp.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa Đan Phượng	30 ngày

